

		Acápites				ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	
N° Order	Documento	Sección	Numeral	Literal	Pág.	Consulta u Observación	Respuesta
1	CONDICIONES TÉCNICAS	PLAZO DE EJECUCIÓN	4		14	<p>Como es de conocimiento general, la pandemia por COVID-19 que azota al mundo entero desde principios de este año, ha afectado de manera importante las cadena de fabricación, suministro de insumos, materiales y Equipos Médicos.</p> <p>Al respecto, hacemos de su conocimientos que, debido a retrasos, restricciones o prohibiciones en las actividades de manufactura, distribución y transporte de bienes en general, la producción de equipo médicos, así como los envíos de equipamiento y material medico producido en el extranjero ha resultado seriamente afectado, ampliándose indefinidamente los compromios de entrega por parte de fabricantes y distribuidores, situación que es aún más critica en el caso de equipamiento y material médico destinado a tratar el COVID-19, por esta razón y debido a la alta demanda por la crisis sanitaria ha producido que los stocks de etos bienes se reduzca dramáticamente, siendo priorizados en este contexto envíos a Europa o Estados Unidos, mientras que los envíos de productos a América Latina se ha visto relegados, situación que es de público conocimiento.</p> <p>En ese contexto, todas las importaciones de equipos para tratar el COVID-19, se ha visto seriamente afectada por esta indeseable situación, que ha producido que los tiempo de importación y distribución sean a la fecha aún indeterminados, sumándose a esto que, en el marco del DS-044-2020-PCM que "Declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19" así como las sucesivas prórrogas de la vigencia de este estado, se ha visto afectada la cadena de importación, nacionalización, verificación y distribución a nivel nacional por efecto de las restricciones laborales y de transporte, lo cual, ha producido retrasos en toda la cadena de abastecimiento de productos que comercializamos. Situación que constituye un evento de fuerza mayor sobre la que MEDSEPT PERU SAC no tiene mayor control o responsabilidad.</p> <p>Por lo expuesto, solicitamos a la Entidad ampliar el Plazo de Ejecucción del servicio de 60 a 90 días por ser coherente con la situación global que vivimos actualmente.</p>	Debido a la emergencia sanitaria declarada en nuestro país, PETROPERÚ requiere contar con el servicio en el menor plazo posible, por lo que se mantiene el Plazo de Ejecución indicado en las Condiciones Técnicas
2	CONDICIONES TÉCNICAS	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	8		15	<p>Experiencia Empresarial</p> <p>Teniendo en cuenta, que el objetio del proceso es el brindar un servicio integral, es decir se tendrá que ejetuar infraestrucutra y suministrar además el equipamiento hospitalario funcional de la misma, en ese contexto, lo que corresponde es, en cuanto a la experiencia a considera es el de ejecución de obras y/o equipamiento hospitalario, sin embargo, el presente proceso solo limita la experiencia a acreditar la ejecución de infraestructura.</p> <p>Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a la Entidad considere también como experiencia válida para el presente proceso la Venta, Instalación y/o servicio de mantenimiento de Equipamiento Hospitalario en General.</p>	<p>Se incluye como parte de la experiencia solicitada la venta de equipamiento hospitalario en general.</p> <p>Al respecto se precisa el numero 8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS de las Condiciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Experiencia mínima de 02 Contratos de montajes de hospitales modulares y/o construcción de infraestructura hospitalaria y/o construcciones industriales y/o edificación de viviendas y/o venta de equipamiento hospitalario en general, por un monto acumulado mayor o igual a S/ 8,000 000.00 (Ocho millones con 00/100 soles) realizado en los últimos tres (03) años a la fecha de presentación de propuestas.</li></ul> <p>La cual se acreditará con cualquiera de las siguientes formas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▢ Copia del Contrato y su respectiva conformidad; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido o</li><li>▢ Presentación de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.</li><li>▢ Certificados o cartas emitidas por los clientes del postor, que acrediten la realización de los trabajos</li></ul> <p>La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.</p> <p>• Apéndice 09: "Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas"</p>
3	CONDICIONES TÉCNICAS	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	8		15	<p>Responsabilidad de Consorciados:</p> <p>Teniendo en cuestra que, el objeto del proceso es el de brindar un servicio integral, es decir se tendrá que ejecutar infraestructura y suministrar además el equipamiento hospitalario funcional de la misma, es necesario señalar, que no existe en nuestro mercado empresas que ofrezcan ambos servicios en su cartera de ventas, por lo que las empresas especializadas en ambos rubros necesariamente deberán "consorciarse".</p> <p>Al respecto, solicitamos a la entidad que, en el caso de consorcios, limite la responsabilidad en función de la cobertura específica de cada uno de los consorciados, siendo cada uno responsable de la ejecución de la partida que le corresponde, esto tomando en cuenta que desde un punto de vista de la responsabilidad, de acuerdo a la LGS en su artículo 447señala que "(...) cada consorciado es individualmente responsable por las operaciones que realiza frente a terceros (...) "</p> <p>Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a la Entidad tenga a bien considerar los límites de la responsabilidad de las empresas Consorciadas, diferenciado la infraestructura y equipamiento médico, siempre y cuando en la presentación de la oferta se identifique estos conceptos, con sus respectivos precios.</p>	De conformidad con el numeral 18.2 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ, indicamos que, en caso de consorcios, los integrantes responden solidariamente respecto de la no suscripción del contrato y del incumplimiento del mismo, estando facultado PETROPERÚ en dichos casos, para demandar a cualquiera de ellos por los daños y perjuicios causados.

4	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2	K	6	<p>Especificaciones Técnicas de Equipamiento - Bomba de infusión</p> <p>Del análisis del requerimiento, se observa que en realidad se ha pretendido unir dos equipos de aplicación diferente en un solo ítem, se entiende que el objeto de esta sección de especificaciones técnicas es el de contar con un equipo para dosificación y control de medicación y fluidos al paciente, sin embargo, se solicita paralelamente un analizador de bombas de infusión, este último equipo nos permite verificar la exactitud y rendimiento de las bombas de infusión en labores de mantenimiento de Equipamiento, cabe mencionar que la Bomba de infusión es para el uso en pacientes directamente y cumple con todos los estándares de calidad que aseguran la exactitud y alto rendimiento para las terapias de infusión.</p> <p>Al respecto, solicitamos se retire del contenido de esta especificación técnicas el Numeral que refiere el Analizador de Bomba de Infusión por tratarse de un equipo utilizado en labores de mantenimiento - instrumentación y no de terapia propiamente dicha.</p>	Al ser un requerimiento necesario para la ejecución del servicio y solicitado por EsSalud, se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas
5	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2	K	6	<p>Monitor de Funciones Vitales De 07 parámetros</p> <p>La especificación técnica solicita Tamaño de Pantalla 15" DIAGONAL O MÁS, nuestro equipo cuenta con una pantalla de 12" de diagonal, siendo esta adecuada para la visualización de las ondas a monitorizar sin ningún problema, por lo que se solicita reformular el pedido aceptando Tamaño de Pantalla de 12" o más a fin de promover la libre competencia sin comprometer la funcionalidad del equipo.</p> <p>Con respecto al requerimiento de GRAFICA de OCHO (08) ondas simultaneas como mínimo señalar que, no suele visualizarse más de seis (06) gráficas simultáneamente en vista que puede hacer confusa para el usuario la visualización de la información mostrada, por lo expuesto, soicitamos se reformule este pedido a lo siguiente: Gráfica de siete (07) ondas simultaneas como mínimo a fin de promover la libre competencia sin comprometer la funcionalidad del equipo.</p>	Al ser un requerimiento necesario para la ejecución del servicio y solicitado por EsSalud, se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas